

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Tân Bình xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác với Quý Công ty, Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Tân Bình dự kiến có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2027. Danh mục thiết bị y tế dự kiến mua sắm được thể hiện tại **Phụ lục 1** kèm theo Thông báo này.

Để có cơ sở xây dựng và hoàn thiện danh mục mua sắm thiết bị y tế năm 2027 phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của Bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Tân Bình kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng thiết bị y tế quan tâm, phối hợp cung cấp báo giá theo danh mục và các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Hồ sơ báo giá:

- Điền đầy đủ các cột mục theo Phụ lục 2 đính kèm Thông báo (*Báo giá hợp lệ phải có mô tả thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của Bệnh viện*).

- Giá trong báo giá là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, bảo trì và các chi phí khác có liên quan.

- Công ty gửi kèm tài liệu mô tả sản phẩm: catalogue tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt, thuyết minh tính năng kỹ thuật, phân nhóm thiết bị y tế...

- Đơn vị chào thiết bị y tế phải có cấu hình, tính năng kỹ thuật bảo đảm tương thích với thiết bị mà Bệnh viện đề xuất.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của sản phẩm phù hợp với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Hiệu lực báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 23/10/2026.

- Bản chính bảng báo giá phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp.

2. Thời gian nộp báo giá, hình thức gửi báo giá và nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

2.1. Thời hạn nộp báo giá:

- Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/10/2026.

2.2. Hình thức gửi báo giá:

- Bản giấy Hồ sơ báo giá gửi về nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá theo Thông báo.
- Gửi file báo giá, file thông số kỹ thuật (định dạng Word hoặc Excel) và bản scan báo giá có đóng dấu qua email.


2.3. Nơi tiếp nhận hồ sơ báo giá:

- Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế; Địa chỉ: số 605 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên hệ: 38.119.936; Di động: 0902.673.877 (Ks. Tuấn).
- Email: thietbitytebvtanbinh605@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- TMS;
- Lưu: VT, K.Dược.

GIÁM ĐỐC 

Bs. CKII. Võ Văn Hùng

PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ MÔI QUAN TÂM

Mua sắm thiết bị y tế năm 2027

(Đính kèm Thông báo số 224/TB- BVĐKTB ngày 09/10/2026 Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
1	Máy điều trị xung điện, 2 kênh	* Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: Máy điều trị xung điện, 02 kênh và phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng kỹ thuật: - Có các chương trình điều trị được cài đặt sẵn, phù hợp với các phương pháp điều trị điện xung thông dụng. - Có khả năng điều chỉnh độc lập các thông số điều trị. - Cho phép cài đặt thời gian, thiết lập âm lượng của âm thanh, tạm dừng trị liệu, kết thúc trị liệu. * Thông số kỹ thuật: - Số kênh điện trị liệu: ≥ 02 kênh.	Cái	5	≥ 12 tháng	
2	Máy kéo dẫn cột sống, lưng, cổ tự động	* Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	Cái	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: Máy kéo dân cột sống, lưng, cổ tự động và phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng kỹ thuật - Có chương trình điều trị cài đặt sẵn và cho phép người sử dụng thiết lập chương trình điều trị. - Có khả năng điều chỉnh các thông số điều trị phù hợp với từng vùng điều trị. - Có chế độ kéo liên tục và kéo ngắt quãng. - Có thể cài đặt thời gian điều trị. - Có chức năng tạm dừng và kết thúc điều trị. - Có hiển thị các thông số điều trị. - Có chức năng dừng khẩn cấp.				
3	Máy laser châm cứu	* Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: Máy laser châm cứu và phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt, vận hành và điều trị hoàn chỉnh. - Số kênh điều trị độc lập: ≥ 05 kênh. - Có nhiều đầu phát laser để điều trị đồng thời nhiều huyết. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Có khả năng điều chỉnh độc lập thông số điều trị trên từng kênh. - Có chế độ phát laser xung. - Có nhiều mức tần số xung điều trị. - Có cài đặt thời gian điều trị và tự động ngắt khi hết thời gian. - Có hiển thị thông số điều trị.	Cái	12	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
4	Máy châm cứu điện	* Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: - Máy châm cứu điện và phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt, vận hành và điều trị hoàn chỉnh. - Số kênh đầu ra: ≥ 06 kênh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Chế độ hoạt động liên tục và ngắt quãng. - Có chức năng điều chỉnh cường độ kích thích độc lập trên từng kênh. - Có nhiều dạng sóng xung điều trị. - Có cài đặt thời gian điều trị. - Có hiển thị các thông số điều trị.	Cái	12	≥ 12 tháng	
5	Đèn khe khám mắt	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	Cái	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	DVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: - 01 bộ đèn khe khảm mắt. - Bàn nâng hạ sử dụng motor điện. - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt, vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Kính hiển vi hai mắt. - Có tối thiểu 3 mức phóng đại. - Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử. - Chiều rộng khe sáng điều chỉnh được. - Chiều dài khe sáng điều chỉnh được - Có bộ lọc ánh sáng xanh (Blue filter). - Có cơ cấu điều khiển cho phép di chuyển cụm đèn khe theo các hướng tiến – lùi, trái – phải, lên – xuống.				
6	Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số và bộ phụ kiện tiêu chuẩn, đầy đủ để lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Theo dõi được tối thiểu các thông số: + Điện tâm đồ (ECG). + Độ bão hòa oxy máu (SpO_2). + Huyết áp không xâm lấn (NIBP). + Huyết áp xâm lấn (IBP) + Nhịp thở (RESP). + Nhiệt độ (TEMP). + EtCO_2. - Có khả năng kết nối với hệ thống HIS/EMR của bệnh viện.	Cải	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
7	Tủ bảo quản ống soi	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: Tủ bảo quản ống soi và bộ phụ kiện tiêu chuẩn, đầy đủ để lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Chất liệu inox 304 dày: $\geq 1\text{mm}$, chân tăng chỉnh được độ cao cân bằng. - Có khả năng treo, bảo quản ≥ 6 bộ ống nội soi. - Móc treo ống soi và giá đỡ dây có thể điều chỉnh lên xuống theo chiều dài ống nội soi. - Tủ có quạt và lọc HEPA, duy trì áp suất dương trong tủ. - Tủ có chức năng hiển thị chênh lệch áp suất giữa bên trong tủ và môi trường bên ngoài.	Cái	1	≥ 12 tháng	
8	Máy siêu âm tổng quát	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	Cái	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	DVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: Máy siêu âm tổng quát và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ để lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh. Màn hình hiển thị màu, kích thước ≥ 21 inch. - Có tối thiểu 4 cổng kết nối đầu dò, cho phép kết nối và sử dụng các đầu dò trong cấu hình: + 01 đầu dò Convex, dùng cho khảo sát ổ bụng, sản khoa và các cơ quan sâu; dải tần số phù hợp với ứng dụng. + 01 đầu dò Linear, dùng cho khảo sát các cấu trúc nông, mô mềm và mạch máu. + 01 đầu dò Endocavity/đầu dò ngả âm đạo, dùng cho khảo sát phụ khoa và sản khoa. + 01 đầu dò Sector/Phased Array, dùng cho khảo sát tim mạch. - Có xe đẩy chuyên dụng, có bánh xe và hệ thống khóa bánh. - Có bộ lưu điện bảo vệ nguồn điện phù hợp với thiết bị. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Có các chế độ hiển thị tối thiểu: B, M, B/M, Doppler màu (Color Doppler), Doppler năng lượng (Power Doppler) và Doppler phổ (PW Doppler). - Có chức năng đo đặc và tính toán các thông số phục vụ chẩn đoán.				
9	Hệ thống xử lý ảnh X-quang kỹ thuật số (DR)	* Yêu cầu chung: - Thiết bị 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	HT	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: Hệ thống cảm biến nhận ảnh X-quang kỹ thuật số (DR), gồm 01 tấm cảm biến nhận ảnh kích thước 14×17 inch và phụ kiện đầy đủ để lắp đặt, kết nối tích hợp với hệ thống hiện có, bảo đảm hệ thống hoạt động đồng bộ và hoàn chỉnh sau khi nâng cấp. - Có bộ điều khiển và phần mềm thu nhận, xử lý hình ảnh phù hợp với hệ thống X-quang kỹ thuật số (DR) model PRS-500C, hãng Protec. - Có dây kết nối phù hợp với cấu hình thiết bị. - Có các phụ kiện cần thiết để kết nối cảm biến với hệ thống hiện có. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Có khả năng kết nối và tương thích với hệ thống X-quang kỹ thuật số (DR) model PRS-500C, hãng Protec của bệnh viện và bảo đảm thu nhận ảnh đồng bộ với quá trình chụp. - Có khả năng thu nhận và truyền hình ảnh kỹ thuật số đến máy trạm xử lý hình ảnh. - Thời gian thu nhận hình ảnh sau phơi nhiễm phù hợp với quy trình chụp X-quang kỹ thuật số. - Có các chức năng xử lý hình ảnh cơ bản phục vụ chẩn đoán. - Có khả năng lưu trữ, xuất và truyền hình ảnh theo chuẩn DICOM. - Có khả năng kết nối và truyền hình ảnh đến hệ thống PACS của bệnh viện.				
10	Đèn đội đầu khám tại mũi họng	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	Cái	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	DVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: Đèn đối đầu khám tai mũi họng và các phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ để lắp đặt, kết nối và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Kiểu đeo đầu, có nguồn điện tích hợp phù hợp để thiết bị hoạt động khi sử dụng. - Bảng đeo đầu điều chỉnh được - Bảng đeo đầu dễ vệ sinh; miếng lót bên trong có thể tháo rời để vệ sinh. - Có trang bị công tắc On/Off - Sử dụng nguồn sáng LED. - Có khả năng điều chỉnh độ hội tụ của chùm sáng. - Độ rọi: ≥ 20.000 lux				
11	Máy đo nồng độ bão hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu về cấu hình: - Máy đo SpO₂ cầm tay và các phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ để lắp đặt, kết nối và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Đo và hiển thị độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO₂). - Đo và hiển thị nhịp mạch. - Dải đo SpO₂: 0–100%. - Độ chính xác SpO₂: $\leq \pm 3\%$ trong khoảng đo 70–100% SpO₂ - Màn hình hiển thị số rõ ràng, dễ quan sát. - Có chỉ thị tình trạng pin yếu. - Sử dụng cảm biến SpO₂ dạng kẹp ngón tay hoặc tương đương - Sử dụng nguồn pin, có thể thay thế hoặc sạc lại.	Cái	1	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
12	Máy đo hô hấp ký	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$. * Yêu cầu cấu hình: Máy đo hô hấp ký, và các phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ để lắp đặt, kết nối và vận hành hoàn chỉnh. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Đo lưu lượng khí thở và tính toán thể tích hô hấp - Có chức năng đo dung tích sống gắng sức (FVC) - Có chức năng đo thể tích khí thở ra gắng sức trong giây đầu tiên (FEV1) - Có chức năng đo lưu lượng đỉnh thở ra (PEF) - Có chức năng tính toán tỷ số FEV1/FVC. - Có khả năng hiển thị các giá trị đo được. - Có khả năng lưu trữ kết quả đo và thông tin bệnh nhân. - Có khả năng in kết quả đo trực tiếp hoặc thông qua máy tính, máy in kết nối.	Cái	1	≥ 12 tháng	
13	Máy xông khí dung	* Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2026 trở đi. - Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa đến $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa đến $\geq 70\%$.	Cái	10	≥ 12 tháng	

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hoá	DVT	Số lượng	Bảo hành	Ghi chú
A	B	C	D	E	I	K
		* Yêu cầu về cấu hình: - Máy xông khí dung và các phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ để lắp đặt, kết nối và vận hành hoàn chỉnh. * Tính năng và thông số kỹ thuật: - Tốc độ xông khí dung: $\geq 0,3$ mL/phút. - Kích thước hạt khí dung (MMAD): $\leq 5 \mu\text{m}$. - Có khả năng tạo khí dung từ các dung dịch thuốc được chỉ định sử dụng bằng phương pháp khí dung. - Có khả năng sử dụng cho người lớn và trẻ em với phụ kiện phù hợp. - Độ ồn: ≤ 65 dB - Có công tác bật/tắt thuận tiện.				

Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Số điện thoại liên hệ:

PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HOÁ BẢO GIÁ
Mua sắm thiết bị y tế năm 2027
(Đính kèm Thông báo số 224/TB- BVĐKTB ngày 09/10/2026 Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)

ĐVT: VN đồng

DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU BẢO GIÁ						DANH MỤC CHÀO GIÁ CỦA CÔNG TY												
STT	Danh mục thiết bị y tế	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Bảo hành	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Phân loại theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Bảo hành
A	B	C	D	E	F	1 (*)	2 (*)	3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7 (*)	8	9 (*)	10 (*)	11 (*)	12=D*11	13 (*)
1	Thiết bị A	Cải			≥ 12 tháng													

- Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày 23/10/2026.

Ngày tháng năm
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*** Ghi chú:**

- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị Công ty báo đầy đủ.

